

**Odpowiedzi dyrektora szkoły na pytania złożone do zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji zadania V. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych” z 0.4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok**

Pyt. Czy dysponują Państwo bardziej szczegółowym opisem lub specyfikacją techniczną dla poniższych pozycji:

Wyciąg chemiczny - dygestorium  
Zestaw 10 laptopów z reuterem i szafą mobilną?

Odp. Tak dysponujemy opisem dygestorium, który zamieszczamy poniżej:

Dygestorium chemiczne **z pełnym wyposażeniem** do pracowni chemicznych i fizyko-chemicznych. Najlepiej całość komory manipulacyjnej przeszklona(szyby hartowane). Komora manipulacyjna wyłożona kwasoodpornymi płytkami tak by bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia. W zestawie wyciąg elektryczny oraz rura odprowadzająca długości co najmniej 3m która pozwala usunąć opary wydostające się podczas eksperymentów. Wyposażenie standardowe: **oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230 volt, zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne z odpływem, bateria kpl z podłączeniem palnik gazowy z zaworem oraz nabojem.** Dolna komora wyposażona jest w dwuskrzydłowe drzwi, a w górnym panelu zamontowana jest instalacja 220V. Wymiary dygestorium: Wysokość - wersja robocza bez wentylacji 185cm (długość rury montażowej 3m), głębokość - 70cm, głębokość komory manipulacyjnej - 60cm, szerokość – 120 cm.( Wymiary maksymalne). **UWAGA - dygestorium dostarczane w całości.**

Co do zestawu laptopów z routerem i szafa mobilną było sprostowanie do tego punktu zapytania ofertowego, które zacytuje poniżej:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu zawiadamia, że w ZAPYTANIU OFERTOWYM na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji zadania:

„V. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych” rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, z dnia 21.08.2020r., wkradł się błąd w wykazie pomocy do chemii w pozycji 9. Wobec powyższego ten punkt usunięto. Prawidłowy wykaz pomocy do tego przedmioty przedstawia się następująco:

1.	Model atomu 3D
2.	Model chlorku-sodu
3.	Model kryształu diamentu
4.	Modele atomów - zestaw podstawowy
5.	Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii
6.	Modele atomów - zestaw poszerzony

7.	Tablicowy zestaw atomów do budowy cząsteczek "Empirio"
8.	Wyciąg chemiczny – dygestorium
9.	
10.	Zasilacz laboratoryjny prądu stałego 15V max 3A
11.	Statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem
12.	Podnośnik laboratoryjny stal nierdzewna 15cmx15cm wys. 25cm

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 8  
w Kołobrzegu  
  
*mgr Małgorzata Markiewicz*